



KLASA: 406-01/20-01/00018  
URBROJ: 396-02-20-10

Osijek, 19. svibanj 2020.

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA I  
IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA**

**Upit:**

Poštovani,

Javljam se vezano uz Vaš ponovljeni Poziv za dostavu ponuda za USLUGE UMJERAVANJA MJERNE I ODMJERNE OPREME (VAGE I OPREMA) i to prema Troškovniku za Grupu A-masa, te pri tom imamo slijedeća pitanja:

1. da li se traži Umjeravanje vaga s izdavanjem Potvrde o umjeravanju ili Ovjeravanje vaga s izdavanjem državnog žiga i Ovjernice ?, za utege je jasno da se traži umjeravanje
2. pod Grupu A-masa su navedene i veličine: pH, otpor, titratori s ukupnim ciljanim iznosom 82.000,00 kn, da li se vage i utezi mogu izdvojiti kao zasebna podgrupa sa zasebnim ciljanim iznosom, obzirom da za ostale veličine mi nismo akreditirani i pri tom je potrebno angažirati nekoliko vanjskih laboratorija ?
3. u Troškovniku za Grupu A-masa, pod Proizvođač/Model i Napomene nije kod svih stavki jasno navedeno da li se radi o vagi, kojeg mjernog opsega i mjernog podjeljka (da možemo utvrditi kojeg su razreda točnosti: I, II, III), te kojoj količini, da li se popis može dopuniti s traženim podacima ?
4. u slučaju da se pri ispitivanju utvrdi da je vaga neispravna ili je izvan Granica dopuštene pogreške, na koji će se način naplatiti usluga ispitivanja-defektaže, kalibracije ?
5. pod točkom 7. se navodi servis instrumenata, kako ponuditi uslugu servisa kad ne znamo u kakvom su stanju uređaji-vage, koliko vremena će trebati za servis, eventualno koji dijelovi i sl. ?
6. vezano uz uslugu eventualno potrebnog servisa neće se moći ispoštovati rok za izvršenje usluge 14, odnosno 21 dan, što u tom slučaju ?

Hvala na odgovoru i lijepi pozdrav

**Odgovor:**

1. Traži se umjeravanje vaga, uz izdavanje Umjernog certifikata (Potvrda o umjeravanju), te kalibracijske markice od strane laboratorija koji je akreditiran za umjeravanje prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u području mase.
2. Grupa je definirana prema fizičkim veličinama i ne može se izdvajati niti jedna veličina. U slučaju da za navedenu uslugu umjeravanja treba angažirati neki vanjski laboratorij, potrebno nas je o tome informirati.
3. Zajedno s ovim Odgovorom na upit gospodarskog subjekta objavljujemo i nadopunjeni troškovnik za grupu A



4. To se može staviti u predmet ugovora, kao izvanredni servis koji podrazumijeva otkanjanje kvarova i nakon otklona kvara, potvrda o ispravnosti rada cjelokupnog sustava. Za svaki obavljeni izvanredni servis izvršitelj će po izvršenom servisu ispostaviti račun, uz koji će priložiti zapisnik o izvršenom servisu, prethodno prihvaćen i potpisan od odgovornih osoba obiju ugovornih strana.
5. Svi navedeni uređaji u stalnoj su upotrebi i redovito se umjeravaju u periodu od jedne do dvije godine. Usluga umjeravanja podrazumijeva i redovni godišnji servis: kontrola, čišćenje i provjeru cijelog sustava, te umjeravanja. U slučaju dodatnih troškova potrošnog ili zamjenskog materijala postupiti se može kao što je navedeno u odgovoru 4. izvanredni servis.
6. Bitno nam je da se ispoštuju rokovi za izvršenje usluge.

**Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda na 25.05.2020. u 12:00 sati.**

Ovlašteni predstavnici naručitelja