



Hrvatska agencija za
poljoprivredu i hranu

Croatian Agency for
Agriculture and Food

L'Agence Croate pour
l'Agriculture et l'Alimentation

Prilog III

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Denzitometar na 4 decimale 20°C
JED-N 25-2021

Denzitometar na 4 decimale 20°C koji je predmet nabave treba ispunjavati sljedeće karakteristike, koje će Naručitelj uvažiti kao valjane ako Ponuditelj navedene vrijednosti dokaže originalnim brošurama proizvođača ponuđenog uređaja, koje su sastavni dio ponude .

	Denzitometar s očitanjem 0,0001 g/cm³ Proizvođač, naziv i oznaka verzije ponuđenog uređaja: _____		
1.	Karakteristike	DA/NE	PONUĐENA SPECIFIKACIJA
1.1	Digitalni mjerač gustoće		
1.2	Točnosti: ≤ 0,0001 g/cm ³		
1.3	Ponovljivost: ≤ 0,00001 g/cm ³		
1.4	Rezolucija gustoće: ≤ 0,0001 g/cm ³		
1.5	Raspon temperature: 0 – 100 °C		
1.6	Točnost temperature: ≤ 0,03°C		
1.7	Minimalni volumen uzorka: ≤ 1,5 mL		
1.8	Vrijeme mjerenja: ≤ 20 sekundi		
1.9	Korekcija viskoznosti u cijelom rasponu – DA		
1.10	Pregledna kamera – DA		
1.11	Automatska detekcija mjehurića – DA		
1.12	Automatsko punjenje i čišćenje – DA		
1.13	Pohrana podataka: ≥ 10 ,000 rezultata		
1.14	Broj metoda: ≥ 400		
2.	Instalacija		
2.1	Dovoz i instalacija na lokaciji Naručitelja		
2.2	Kvalifikacija uređaja i puštanje u rad		
2.3	Osigurana tehnička podrška/servis		
2.4	Korisnički priručnik na hrvatskom ili engleskom jeziku		

3.	Ostali zahtjevi		
3.1	Edukacija kod Naručioca o značajkama rada uređaja (DA/NE)		
3.2.	Trajanje jamstvenog roka na uređaj i otklanjanje kvarova u jamstvenom roku minimalno 12 mjeseca (navesti broj mjeseci)		
3.3.	Odaziv na intervenciju u slučaju kvara – od primljenog poziva – najdulji rok je 3 kalendarska dana (navesti broj kalendarskih dana)		

Podaci o ponuditelju:

Naziv, sjedište i OIB tvrtke, ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja
