



Klasa: 406-02/21-01/00035
Urbroj: 396-03-04-21-6
Osijek, 01. listopada 2021.

SVIM ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA

ODGOVOR NA UPITE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Upit:

„Poštovani,
Ovim putem dostavljamo pitanja za pojašnjenje i izmjenu tehničke specifikacije stavki iz troškovnika:

1.2.-vanjske dimenzije (šxdxv)mm do:595x600x1950)

Pitanje: Molimo da povećate toleranciju u dimenzijama visine do 1980 mmi širine do 605mm.?

1.4. Hour counter for CFN?

Pitanje: Molimo da pojasnite što znači CFN?

1.5.-ADAPTATOR for CFN models 3C i 4C?

Pitanje: Molimo da pojasnite što znači ADAPTATOR for CFN MODELS 3c i 4c?

1.6.FILTER FOR DUSTS (Replacement for CFN)

Pitanje: Molimo da pojasnite što znači CFN? Molimo da pojasnite zašto se traži, odnosno je li potrebno ponuditi filter za prašinu kada je u točki 1.7. tražen ugljikov filter za kiseline i otapala kao adekvatan filter za ovu potrebu?

Odgovor naručitelja:

1.2. Nije moguće povećati toleranciju dimenzija s obzirom na raspoloživi prostor za transport predmeta nabave do mjesta instalacije.

1.4. CFN je kutija za svjež zrak s molekularnom filtracijom prema standardu NFX15-211.

1.5. Adapter za CFN kutiju.

1.6. CFN je kutija za svjež zrak s molekularnom filtracijom prema standardu NFX15-211. "Filter for dust" ima funkciju predfiltera u traženoj izvedbi.

Naručitelj produžava rok za dostavu ponuda, ponude se dostavljaju zaključno do 08.10.2021. u 13:00h.

Naručitelj Odgovor na upit gospodarskog subjekta, I.izmjenu Poziva na dostavu ponuda objavljuje na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja