

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

N-8/2024 - Laboratorijski potrošni materijal

Podaci o naručitelju

Naziv: **Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**

Nacionalni reg. broj: **35506269186**

Adresa: **Vinkovačka cesta 63, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Laboratorijski potrošni materijal**

Evidencijski broj nabave: **N-8/2024**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **194.000,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Grupa 1 CSR Laboratorijski potrošni materijal	17.500,00 EUR
2.	Grupa 2 CT Laboratorijski potrošni materijal	20.100,00 EUR
3.	Grupa 3 CT Laboratorijski potrošni materijal CNS	7.800,00 EUR
4.	Grupa 4 CT Laboratorijski potrošni materijal AAS	4.450,00 EUR
5.	Grupa 5 CVVU Laboratorijski potrošni materijal - općenito	11.500,00 EUR
6.	Grupa 6 CVVU Laboratorijski potrošni materijal - instrumentalne tehnike	9.000,00 EUR
7.	Grupa 7 CZB Laboratorijski potrošni materijal kromatografija i molekularna biologija	18.000,00 EUR
8.	Grupa 8 CZB Laboratorijski potrošni materijal Dijagnostika B	3.500,00 EUR

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
9.	Grupa 9 CKKSP LPM Kemikalije i pribor za analizatore FOSS, CHARM I ADVANCED	14.500,00 EUR
10.	Grupa 10 CKKSP LPM Kemikalije i pribor za analizatore - halogeni vlagomjer, pH metar, konduktometri i slično	5.500,00 EUR
11.	Grupa 11 CS Laboratorijski potrošni materijal-1	3.380,00 EUR
12.	Grupa 12 CS Laboratorijski potrošni materijal-2	4.570,00 EUR
13.	Grupa 13 CS Laboratorijski potrošni materijal-3	4.050,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **23.08.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **02.09.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

Sukladno zahtjevima zainteresiranih gospodarskih subjekata naručitelj je izmijenio uvjete u natječajnoj dokumentaciji.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Ijubazno molimo izmjenu opisa tehničke specifikacije predmeta nabave prema sljedećim prijedlozima:

Grupa 8 CZB:

U opisu stavke 8, traži se pakiranje od 100 komada. Može li Naručitelj prihvatiti pakiranje od 500 komada što je standardna veličina pakiranja za traženi tip mikroeproveta? U opisu stavke 15, traži se duljina filter nastavk aod 76 mm te pakiranje od 10x96 (960 kom). Može li Naručitelj prihvatiti

nastavak kompatibilan s Eppendorf research pipetom duži od 76 mm (cca. 87 mm), u pakiranju 10x80 (800 kom)

Grupa 12 CS:

U opisu stavke 2, specificirana je veličina pakiranja od 500 komada. Može li Naručitelj prihvatiti pakiranje od 1000 tipseva u paketu koje je također standardna veličina pakiranja? U opisu stavke 4, traži se max RCF 40000 x g. Molimo Vas da provjerite je li tražena vrijednost neophodna, obzirom da epruvete traženih dimenzija najčešće imaju max RCF 25000 x g.

Unaprijed hvala.

1.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

1.2. Obrazloženje

Grupa 8. Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom opisa stavke, jedinica mjere iz „kom“ u „pakiranje“ i za izmjenom veličine pakiranja, sukladno tome mijenja okvirnu količinu pakiranja.

Grupa 12.

Stavka 2. Zahtjev se djelomično prihvaća. U opisu stavke propisuju se dozvoljena pakiranja od 500 i 1.000 kom, jedinica mjere mijenja se u komad i sukladno tome mijenja se i okvirna količina.

stavka 4. Zahtjev se djelomično prihvaća, traži se max RCF 30000 x g ili veće. Za tubice ispod te vrijednosti pokazalo se da pucaju prilikom centrifugiranja (izolacije DNA s organskim otapalima), što dovodi do gubitka uzorka i neophodnog ponavljanja kompletnog postupka od uzimanja uzorka na terenu do analize.

Sve izmjene evidentirane su u troškovnicima po grupama predmeta nabave.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

grupa 1 CSR

molim da promejnite jedinicu mjere iz kom u pak za stavke

33. pak a100kom

32. pak a 100kom

35. pak a10kom

45,46,47 - pak a100kom

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom jedinica mjere iz „kom“ u „pakiranje“ i sukladno tome mijenja okvirnu količinu.

Sve izmjene evidentirane su u troškovniku za predmetnu grupu.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

grupa 5 CVVU

molim da promijenite jedinicu mjere iz kom u pak za stavku

62 - 1000kom pak

grupa 8 CZB

7, 18, 19 - a500kom pakiranje

3.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom jedinica mjere iz „kom“ u „pakiranje“, tražene veličine pakiranja, i sukladno tome mijenja okvirnu količinu.

Sve izmjene evidentirane su u troškovnicima po grupama predmeta nabave.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Kriteriji za odabir ponude

zbog specifičnosti artikala molimo da se u kriteriju za odabir ponude definira minimalni rok isporuke ne manji od 30 dana.

4.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

4.2. Obrazloženje

Minimalni rok isporuke ne može stajati 30 dana jer često artikli koji su na zalihama dobavljača mogu biti dostavljeni ranije.

Za predmetne grupe za koje je propisan je maksimalni dozvoljeni rok kraći od 30 kalendarskih dana propisuje se maksimalni dozvoljeni rok isporuke 30 kalendarskih dana od primitka odobrene narudžbenice