

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

N-2/2025 - Laboratorijska oprema

Podaci o naručitelju

Naziv: **Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**

Nacionalni reg. broj: **35506269186**

Adresa: **Ulica kardinala Alojzija Stepinca 17, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Laboratorijska oprema**

Evidencijski broj nabave: **N-2/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **672.000,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Grupa 1 Fourier Transform Infrared (FTIR) analizator za vino, mošt i mošt u fermentaciji	160.000,00 EUR
2.	Grupa 2 Laboratorijski denzimetar s oscilirajućom U-cijevi	22.000,00 EUR
3.	Grupa 3 Perilica laboratorijska - termodezinfektor	15.000,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **24.02.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **03.03.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

U Prilogu III. Tehničke specifikacije za grupu Grupa 3 - Perilica laboratorijska - termodezinfektor izmijenjeni su opisi stavki sukladno prihvaćenim prijedlozima gospodarskih subjekata i ažurirani su redni brojevi stavki.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

vezano uz grupu 3 - Perilica laboratorijska - termodezinfektor, u nastavku imamo nekoliko pitanja i prijedloga za izmjenom specifikacija:

1.2. *Kapacitet minimalno 120 laboratorijskih boca* - Prihvaća li naručitelj kapacitet od minimalno 112 laboratorijskih boca?

1.7. *Uključeni sifoni za kanister od 10L i od 5L, priključni kabeli i usisna crijeva za sredstva za čišćenje i neutralizaciju* - Molimo naručitelja da specifikaciju preformulira u 'Uključen sav pribor potreban za spajanje i doziranje sredstva za čišćenje i neutralizaciju'.

1.8. *Dimenzije utovara minimalno širina 475 mm* - Prihvaća li naručitelj širinu minimalno 460 mm?

1.10. *Injektorski modul se isporučuje s odgovarajućim pokrovom za fiksaciju laboratorijskog posuđa* - Na košarama su prisutni injektori različitih visina koji odgovaraju tikvicama različitih volumena, odnosno injektor na kojeg se tikvica namjesti služi za njenu fiksaciju, čime se eliminira potreba za pokrovom za fiksaciju. Molimo naručitelja da iz specifikacija ukloni traženi pokrov za fiksaciju.

1.11. *Svaki injektorski modul se isporučuje s odgovarajućim pokrovom za fiksaciju laboratorijskog posuđa* - Na košarama su prisutni injektori različitih visina koji odgovaraju tikvicama različitih volumena, odnosno injektor na kojeg se tikvica namjesti služi za njenu fiksaciju, čime se eliminira potreba za pokrovom za fiksaciju. Molimo naručitelja da iz specifikacija ukloni pokrov.

1.12. *Žičana mreža s perforacijama od 8x8 mm* - Prihvaća li naručitelj perforacije mreže 10x10 mm?

Hvala i lijep pozdrav

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Prihvaćaju se svi zahtjevi za izmjenom tehničkih specifikacija.

U Prilogu III. Tehničke specifikacije za grupu Grupa 3 - Perilica laboratorijska - termodezinfektor izmijenjeni su opisi stavki sukladno prihvaćenim prijedlozima gospodarskih subjekata.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Za: Grupu 3 - Perilica laboratorijska - termodezinfikator

Molimo izmjene za sljedeće;

Redni broj 1.3 glasi:

Maksimalni protok vodene pumpe 500 L/min, varijabilna brzina cirkulacijske pumpe.

Tražene Izmjene: Minimalni protok cirkulacijske pumpe 500 l/min, varijabilna brzina cirkulacijske pumpe.

Obrazloženje: Izmjena zahtjeva protoka s maks. na min. i varijabilna pumpa osiguravaju nuđenje perilice visokih performansi za učinkovito pranje i uštedu energije.

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Prihvaćaju se svi zahtjevi za izmjenom tehničkih specifikacija.

U Prilogu III. Tehničke specifikacije za grupu Grupa 3 - Perilica laboratorijska - termodezinfikator izmijenjeni su opisi stavki sukladno prihvaćenim prijedlozima gospodarskih subjekata.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

za predmet nabave Laboratorijski denzitometar s oscilirajućom U-cijevi, Tehničke specifikacije, točka broj.1.17 Komunikacijska sučelja, navode se: USB, Ethernet, CAN, RS232. Molim Vas pojašnjenje da li uređaj mora imati sva navedena sučelja ili je dovoljno npr. USB, Ethernet i/ili RS232?

Srdačan pozdrav

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom tehničkih specifikacija.

Kako bi se omogućio potreban prijenos podataka i spajanje traženog uređaja sa kompatibilnim modulima kako je navedeno u specifikaciji, nužna su sva četiri komunikacijska sučelja: USB, Ethernet, CAN i RS232.