

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

N-1/2025 - Specifične kemikalije

Podaci o naručitelju

Naziv: **Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**

Nacionalni reg. broj: **35506269186**

Adresa: **Ulica kardinala Alojzija Stepinca 17, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Specifične kemikalije**

Evidencijski broj nabave: **N-1/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **1.348.000,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Grupa 1 CSR Specifične kemikalije A	55.000,00 EUR
2.	Grupa 2 CSR Specifične kemikalije B	5.000,00 EUR
3.	Grupa 3 CT Specifične kemikalije	4.400,00 EUR
4.	Grupa 4 CT ICP kemikalije	8.600,00 EUR
5.	Grupa 5 CT CNS kemikalije	12.000,00 EUR
6.	Grupa 6 CZB Specifične kemikalije standardi	20.000,00 EUR
7.	Grupa 7 CZB Specifične kemikalije OKMA	16.000,00 EUR
8.	Grupa 8 CZB Specifične kemikalije - molekularna biologija	12.000,00 EUR
9.	Grupa 9 CZB Specifične kemikalije - OD 1	147.000,00 EUR

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
10.	Grupa 10 CZB Specifične kemikalije - OD 2	78.500,00 EUR
11.	Grupa 11 CZB Specifične kemikalije - OD 3	50.500,00 EUR
12.	Grupa 12 CZB Specifične kemikalije - OD 4	13.000,00 EUR
13.	Grupa 13 CVVU-1 Specifične kemikalije- instrumentalne analize	3.000,00 EUR
14.	Grupa 14 CVVU-2 Specifične kemikalije za izotopne analize	3.000,00 EUR
15.	Grupa 15 CVVU-3 Specifične kemikalije za enzimatske analize	7.700,00 EUR
16.	Grupa 16 CKKSP A Komplet za određivanje mikotoksina aflatoksina M1	6.000,00 EUR
17.	Grupa 17 CKKSP B Komplet za određivanje mikotoksina aflatoksina M1	10.000,00 EUR
18.	Grupa 18 CKKSP Kemikalije i pribor za analizatore (za halogeni vlagomjer, pH metre, konduktometri i slično)	4.000,00 EUR
19.	Grupa 19 CKKSP Standardi za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti	2.000,00 EUR
20.	Grupa 20 CKKSP Komplet za utvrđivanje ukupnog škroba	3.000,00 EUR
21.	Grupa 21 CKKSP Komplet za određivanje mikotoksina	65.000,00 EUR
22.	Grupa 22 CKKSP Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku	23.000,00 EUR
23.	Grupa 23 CKKSP Komplet za određivanje bređosti krava	70.000,00 EUR
24.	Grupa 24 CKKSP Komplet za određivanje antibiotika i pesticida u medu	20.000,00 EUR
25.	Grupa 25 CKKSP Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i analizatore ADVANCED	310.000,00 EUR
26.	Grupa 26 CS Specifične kemikalije -1	106.000,00 EUR

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
27.	Grupa 27 CS Specifične kemikalije -2	30.000,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **24.02.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **06.03.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

Slijedom upita i zahtjeva gospodarskih subjekata dodaje se jedna grupa predmeta nabave i sukladno izmjenama usklađene su tražene okvirne količine u troškovnicima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 5. grupe 4. navedeno je:

"Multi element calibration standard 2A i Multi element calibration standard 2A - HG""10 µg/mL Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn; matrix 5% HNO₃; 125 ml i odvojeno 10 µg/mL Hg; matrix 5% HNO₃; 125 ml"

Molimo izmjenu u:

„Multi element calibration standard 2A i Multi element calibration standard 2A - HG; 10 µg/mL Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn; matrix 5% HNO₃ i odvojeno 10 µg/mL Hg; matrix 5% HNO₃, Agilent ili jednakovrijedno, dvije boce od 100 mL"

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da Agilent proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard pakiran u volumenu od 100 mL.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Stavka 5. Prihvaća se tražena izmjena.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 10., grupe 4., navedeno je:

"Standard As for ICP-MS, pakiranje 125 ml""Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: 2% (v/v) HNO₃; 10 µg/mL As; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Molimo izmjenu u:

„Arsenic (As) standard, 10 µg/mL, in 2% HNO₃, pakiranje od 100 mL""Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: 2% (v/v) HNO₃; 10 µg/mL As; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard pakiran u volumenu od 100 mL

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Stavka 10. Prihvaća se tražena izmjena, ažurirana okvirna količina.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Upute za izradu i predaju ponuda

Molimo da se u točku 2. Sadržaj i način izrade ponude doda dokuemnt:

Sposobnost ponuditelj dokazuje autorizacijskim pismom proizvođača laboratorijskog potrošnog materijala o pravu prodaje i distribucije na području Republike Hrvatske.

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Ne prihvaća se tražena izmjena jer se ne traži ekskluzivni zastupnik niti je u pitanju laboratorijski potrošni materijal.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 11. grupe 4, navedeno je:

„Standard B for ICP-MS, pakiranje 125 mlSingle Analyte Mass Spec Solution; Matrix: 0.1% (v/v) HNO₃; 10 µg/mL B; ostvarena sljedivost prema NIST SRM”

Molimo izmjenu u:

„Boron (B) standard, 10 µg/mL, in H₂O, 100 mL”

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard B CRM otopljen u navedenom otapalu te pakiran u volumenu od 100 mL

4.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

4.2. Obrazloženje

Stavka 11. Prihvaća se tražena izmjena, ažurirana okvirna količina.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 12. grupe 4, navedeno je:

"Standard Hg for ICP-MS, pakiranje 125 ml""Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: 10% (v/v) HCl; 10 µg/mL Hg; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Molimo izmjenu u:

„Mercury standard - 10 µg/mL, in 5% HNO₃, pakiranje od 100 mL“

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da Agilent proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard Hg CRM otopljen u navedenom otapalu te pakiran u volumenu od 100 mL.

5.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

5.2. Obrazloženje

Stavka 12. Prihvaća se tražena izmjena, ažurirana okvirna količina.

6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 13. grupe 4, navedeno je:

"Standard Mo for ICP-MS, pakiranje 125 ml; ostvarena sljedivost prema NIST SRM (NH₄)₆Mo₇O₂₄ in H₂O 1000 mg/l Mo""Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: H₂O tr. NH₄OH; 10 µg/mL Mo; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Molimo izmjenu u:

„Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum) 10 µg/mL, in 0.5% NH₄OH, pakiranje od 100 mL“

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da Agilent proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard Mo CRM otopljen u navedenom otapalu te pakiran u volumenu od 100 mL.

6.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

6.2. Obrazloženje

Stavka 13. Prihvaća se tražena izmjena, ažurirana okvirna količina.

7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 14. grupe 4, navedeno je:

"Standard P for ICP-MS, pakiranje 125 ml""Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: H₂O; 100 µg/mL P; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Molimo izmjenu u:

„Phosphorus (P) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO₃, 100 mL“

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da Agilent proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard P CRM otopljen u navedenom otapalu, navedenoj koncentraciji te pakiran u volumenu od 100 mL.

7.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

7.2. Obrazloženje

Stavka 14. Prihvaća se tražena izmjena, ažurirana okvirna količina.

8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 15. grupe 4, navedeno je: "Standard Rh for ICP-MS, pakiranje 125 ml"

"Single Analyte Mass Spec Solution; Matrix: 2.5% (v/v) HNO₃; 10 µg/mL Rh; ostvarena sljedivost prema NIST SRM"

Molimo izmjenu u:

Rhodium (III) chloride hydrate (ICP grade) (as rhodium) 10 µg/mL in 2% HCl, pakiranje od 100 mL

Objašnjenje:

Molimo izmjenu s obzirom na to da Agilent proizvođač ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija proizvodi standard Rh CRM otopljen u navedenom otapalu, navedenoj koncentraciji te pakiran u volumenu od 100 mL.

8.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

8.2. Obrazloženje

Stavka 15. Prihvaća se tražena izmjena.

9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U točki 20. navedeno je:

"Detergent za ručno pranje laboratorijskog posuđa, 1L"

Molimo da se navedena stavka izbriše iz troškovnika jer se ne koristi na instrumentu Agilent ICP-MS niti ima veze s radom instrumenta odnosno nije ICP kemikalija.

9.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

9.2. Obrazloženje

Ne prihvaćamo traženu izmjenu jer se navedena stavka koristi za pranje i čišćenje kiveta (mikrovalne) u kojima se razaraju uzorci koji se potom očitavanju na ICP-MS uređaju.

10. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Molimo da se stavke 16.

"10 ppm 43 Element ICP Calibration/Quality Control Standard; pakiranje 125 ml" i

17. "1000 ppm Major Element ICP Calibration/Quality Control Standard, pakiranje 125 ml"

izdvoje iz troškovnika u zasebnu grupu jer nisu sastavni dio portfolia proizvođača ICP-MS instrumenata, potrošnog materijala i njegovih dijelova i kemikalija, te stoga se grupa ne može u cjelosti zadovoljiti.

10.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

10.2. Obrazloženje

Ne prihvaćamo traženu izmjenu jer navedene stavke su ICP standardi potrebni za provođenje analiza i nije traženo da moraju biti sastavni dio portfolia proizvođača ICP-MS instrumenata jer bi traženo isključilo ostale potencijalne ponuditelje.

11. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

pregledom planiranog predmeta nabave, uočili smo u grupi 3_CT, stavke za koje predlažemo izmjenu specifikacije kako slijedi:

Stavka 10. Natrij hidrogen, pakiranje 500g; NaOH micropearls, ekstra čisti; CAS broj: 1310-73-2; Izgled bijeli biseri, veličina čestica 20 do 40 mesh; titracija s HCl $\geq 97,5$ % (NaOH); titracija s HCl $\leq 2,5$ % (Na₂CO₃), DOSTAVITI UZORAK KEMIKA LIJE

-na tržištu je dostupna kemikalija Sodium hydroxide, Reagent Grade, beads, 20-40 mesh, 97%. Molimo da prema priloženom certifikatu provjerite je li kemikalija odgovarajuća

Stavka 33. Otopina za čišćenje elektrode, pakiranje 500 ml

-tražena otopina dostupna je na tržištu u pakiranju od 460ml. Molimo izmjenu pakiranja

U grupi 6_CZB predlažemo da se iz opisa traženih proizvoda izbriše moguće jedinično pakiranje (obzirom da je određena jedinica mjere i okvirna količin) jer time isključujete većinu navedenih proizvođača (u koloni Napomena) i pogodujete jednom.

Stavka 25. Dibutil ftalat, analitički standard čistoće min 98,0% sa šaržnim certifikatom; (moguća jedinična pakiranja 100 mg, 250 mg, 1000 mg, 1 ml)

-u opisu navodite moguća jedinična pakiranja u mg i ml, a u jedinici mjere navodite mg. Molimo da ujednačite jedan i drugi zahtjev

Stavka 62. Propamokarb hidroklorid, analitički standard čistoće min 94,0% sa šaržnim certifikatom; (moguća jedinična pakiranja 100 mg i 250 mg)

-u opisu navodite moguća jedinična pakiranja u 100 i 250mg , a okvirnu količinu 100mg. Molimo da ujednačite jedan i drugi zahtjev

Zahvaljujem na razmatranju i mogućim izmjenama!

11.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

11.2. Obrazloženje

Grupa 3 CT

Stavka 10.-Prihvaća se tražena izmjena stavke 10.

Stavka 33. Prihvaća se tražena izmjena stavke 33.

Grupa 6 CZB

Ne prihvaća se tražena izmjena.

U Troškovniku-tehničkoj specifikaciji propisano je :

„Dozvoljena su različita pakiranja, ali se jedinična cijena izražava po miligramu, gramu ili mililitru, ovisno o opisu stavke i navedenoj jedinici mjere u troškovniku.“

Propisanim uvjetima se ne pogoduje jednom gospodarskom subjektu, naprotiv, otvara se mogućnost za dostavu različitih veličina pakiranja i omogućava većem broju potencijalnih ponuditelja podnošenje ponude.

Cijena se izražava po jedinici mjere, prilikom naručivanja pojedinih kemikalija voditi će se računa o ponuđenim pakiranjima.

Količine navedene u tehničkoj specifikaciji proizlaze iz potreba laboratorija za određenim analitičkim standardom, odnosno ugovorenim poslovima s nadležnim tijelima i drugim subjektima.

Stavka 25. Prihvaća se tražena izmjena stavke

Stavka 62. Prihvaća se tražena izmjena stavke

12. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave

Poštovani,

Molimo Vas da razmotrite i povećate procijenjene vrijednosti.

Smatramo da su procijenjene vrijednosti preniske obzirom na trenutno stanje cijena na tržištu.

Isto tako treba uzeti u obzir i rok od dvije godine na koliko se potpisuje okvirni sporazum tijekom kojeg će sigurno doći do dodatnog povećanja cijena.

Hvala unaprijed na razumijevanju.

12.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

12.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća zahtjev za povećanjem procijenjenih vrijednosti nabave.

13. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

- U troškovniku grupe 9 CZB Specifične kemikalije OD-1, u stavci 4, tražite Bovine Serum Albumin (BSA), B9000S proizvođača New England Biolabs. Proizvođač je diskontinuirao traženi proizvod te se isti više ne proizvodi i nije ga moguće ponuditi. Sukladno navedenom, molimo Vas da artikl uklonite iz troškovnika.
- U troškovniku grupe 9 CZB Specifične kemikalije OD-1, u stavci 22, tražite Natrij azid (NaN_3). Traženo spada u grupu općih kemikalija te Vas molimo da traženu stavku izabcite iz troškovnika i prebacite u opće kemikalije. Naime, dobavljači koji mogu ponuditi tražene specifične kemikalije najčešće nisu u mogućnosti ponuditi i takvu vrstu općih kemikalija.
- U troškovniku grupe 9 CZB Specifične kemikalije OD-1, u stavkci 95, tražite proizvod iScript One-Step RT-PCR kit for Probes proizvođača Bio-Rad. Molimo Vas da traženu stavku uklonite iz troškovnika obzirom da traženi proizvod može ponuditi isključivo jedan dobavljač.

Unaprijed zahvaljujemo.

13.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

13.2. Obrazloženje

1. Prihvaća se, stavka 4. briše se iz troškovnika.

2. Prihvaća se, stavka 22. briše se iz troškovnika.

3. Gospodarski subjekt je vjerojatno omaškom naveo krivi redni broj stavke, upit se odnosi na stavku broj 96. Prihvaća se zahtjev za brisanjem iz troškovnika. Kreirati će se nova grupa predmeta nabave u kojoj će se navesti predmetna stavka. Sukladno promjenama usklađene su procijenjene vrijednosti nabave po grupama.